

## 測試報告

報告編號： UP/2013/90209

日期： 2013年10月29日

頁數： 2 of 3



全鵬科技股份有限公司

新竹縣竹北市成功五街63號4樓之1

### 測試結果：

菌株名稱	原接菌量 (CFU/mL)	作用時間	樣品作用後之 菌量(CFU/mL)	抑菌率R(%)
金黃色葡萄球菌 ( <i>Staphylococcus aureus</i> )	$3.55 \times 10^5$	5 秒鐘	<1	>99.9
白色念珠菌 ( <i>Candida albicans</i> )	$9.60 \times 10^5$	5 秒鐘	<1	>99.9
變異鏈球菌 ( <i>Streptococcus mutans</i> )	$9.95 \times 10^4$	5 秒鐘	<1	>99.9

### 備註：

#### 1. 菌株編號：

金黃色葡萄球菌 BCRC 10451 ; ATCC 6538P

白色念珠菌 BCRC 21538 ; ATCC10231

變異鏈球菌 BCRC 10793 ; ATCC 25175

2. 抑菌率R(%)小於1%則無明顯抑菌效果。

3. 本報告不得分離，分離使用無效。

- END -